

单一来源采购项目论证报告

项目名称	Q-Exactive 液相色谱高分辨质谱联用仪 (HPLC/HRMS) 维护保养服务 (3 年)		
项目期限	2022.5.22- 2025.5.22	项目金额	48 万
项目概况	1、全年不限次数免费上门服务，免费更换由仪器电气、机械性能等等故障而损坏的零备件。 2、每年 1 次预防性维护保养服务，服务内容：六通阀及蠕动泵维护，必要时免费更换阀芯等部件；离子源检查清洗；透镜，喷口和多极离子传输杆清洗检查清洗；真空系统检查保养；电子部件检查调整；液相部分检查保养；以仪器校正样品为标准，做仪器检测使其处于当前最佳工作状态。 3、除消耗品（离子传输毛细管，陶瓷件，倍增器，六通阀转子芯，LC 进样样品传输管，样品瓶及配件，色谱柱，柱垫，机械泵油等）外，其他部件均免费保修和更换。		
申请理由	Q-Exactive 液相色谱高分辨质谱联用仪 (HPLC/HRMS) 于 2014 年购买，价格 323 万。此仪器常年运行，没有停电等特殊情况下均不关机，每年测试样品约 2 万个。此仪器前两年已购买维护维修保养合同（2020.5.22- 2022.5.21），合同到期时间为 2022-5-21，在此期间，仪器更换过较多部件如机械泵、涡轮泵等，这些配件单独购买较贵；仪器需要经常清洗四极杆等配件，清洗次数每年约 8-10 次，如单独付费每次约 1.5 万。现在已经使用了 8 年，仪器运用过程中已时常出现故障，为了更好地服务于中心的科学研究，保障仪器正常运行，节约维护成本，特申请购买仪器生产厂家的维护保养服务。		
证明材料	2020.5.22- 2022.5.21 Q-Exactive 液相色谱高分辨质谱联用仪维保服务合同		
单一来源 供应商 信息	公司名称：赛默飞世尔科技（中国）有限公司 负责人：张海兵 电话：13996274458 邮箱：haibing.zhang@thermofisher.com		
专家意见	专家论证小组一致认为购买此台仪器的维护保养保修合同非常重要，而且此仪器的维护保养保修服务只能由仪器生产厂家赛默飞世尔科技（中国）有限公司提供，此项目符合单一来源采购的要求。		
鉴定专家	工作单位	职称	鉴定专家签名
	贵州大学精化中心	教授	张保兵
	贵州大学精化中心	教授	张保兵
	贵州大学精化中心	教授	张保兵
	贵州大学精化中心	教授	张保兵
主管 部门意见	归口 管理 部门 审核 意见	 负责人签字：张保兵 22年4月22日 （公章）	学校 审 计 处 审 核 意 见 负责人签字： 年 月 日 （公章）